

平成25年度 外部精度管理調査の実施状況

当所は権威ある外部精度管理調査（コントロールサーベイ）に、年間5回の参加をして検査の正確さ及び恒常性の確認を行うとともに品質を保証する体制を採っている。

内訳は、全国レベルの日本医師会及び日本臨床衛生検査技師会主催の精度管理調査へ、県レベルとしては、岐阜県医師会（夏季、冬季）及び岐阜県臨床検査技師会主催の精度管理調査へ参加をしている。

実施状況と評価について

①平成25年 6月 4日 実施 平成25年度 日本臨床検査技師会精度管理調査

分野	参加（項目数）	評価A or B（件数）	分野	参加（項目数）	評価A or B（件数）
臨床化学	62	62	一般	15	15
血液	21	21	輸血	8	8

評価 100.0%

②平成25年 7月8日 実施 平成25年度 夏季（第58回）岐阜県医師会精度管理調査

ポイントによる評価は無し

評価 精密性、SDI ともに良好

③平成25年 9月30日実施 平成25年度 岐阜県臨床検査技師会精度管理調査

分野	参加（項目数）	評価A or B（件数）	分野	参加（項目数）	評価A or B（件数）
臨床化学	54	54	一般	19	17
血液	25	25	輸血	4	4

評価 98.0%

④平成25年 10月 7日実施 第47回日本医師会主催 臨床検査精度管理調査

参加項目点数/満点 ⇒ 457/465

評価 98.3%

⑤平成25年11月25日実施 平成25年度 冬季（第59回）岐阜県医師会精度管理調査

評価 99.0%

調査コメント： 精度管理は良好な状態と思われま。