



新規受託項目のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のことと、お喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
この度、下記項目につきまして、検査の受託を開始いたしますのでご案内申し上げます。

謹白

記

● 項目名

- 風疹／HI クーポン (依頼コード NO.13297)
- 風疹／EIA クーポン (依頼コード NO.13281)

受託開始日 2019年4月8日(月) 受付分より

厚生労働省が実施する「風しんに関する追加的対策」に対応する抗体検査です。

厚生労働省では、風疹排除に向けた対策として、2019年から2021年度末までの約3年間、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性(約1,600万人)を対象として、風疹抗体検査を原則無料で実施し、抗体価が一定の基準以下の人を予防接種の対象とすることとしています。
今回、当該クーポン検査の風疹抗体検査コードを新設いたしましたのでご案内申し上げます。

裏面に続きます

013



より正確に！
より迅速に！
地域に密着した検査体制

登録衛生検査所
一般社団法人
岐阜市医師会臨床検査センター
電話 058-255-1040

受託要領

検査項目コード	13297
検査項目名	風疹/HI クーボン
統一コード	5F395-1430-023-111
検体必要量	血清 0.2mL
容器	① → S-1
検体の保存方法	冷蔵
所要日数	4 ~ 10
検査方法	HI法
基準値	(クーボンワクチン接種基準) 8以下
単位	倍
報告範囲	8以下～最終値
報告桁数	整数
測定キット名 (製造販売元)	風疹ウイルスHI試薬「生研」 (デンカ生研株式会社)

受託要領

検査項目コード	13281 (親) ----- (子) 22494 IgG判定 (子) 22495 EIA価
検査項目名	風疹/EIA クーボン
統一コード	5F395-1431-023-023
検体必要量	血清 0.4mL
容器	① → S-1
検体の保存方法	冷蔵
所要日数	3 ~ 11
検査方法	EIA法
基準値	(クーボンワクチン接種基準) IgG判定：(-) EIA価 : 6.0未満
単位	なし
報告範囲	IgG判定：(-)、(+) EIA価 : 0.1～128以上
報告桁数	EIA価 : 小数第1位
測定キット名 (製造販売元)	ウイルス抗体EIA「生研」ルベラIgG (デンカ生研株式会社)